

「365o」表示について

定期メンテナンス実施時期を知らせる表示となります。
表示ができましたら、弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。

定期メンテナンス内容は以下のとおりです。

- ① パッキン・Oリング・弁などの消耗品交換
- ② 再生水を採取し、分析結果を計量証明書にて提出
- ③ 再生水生成量の計測・各部動作確認・蒸留部の清掃

廃液削減方法が減圧蒸留方式を採用しており、消耗品の定期交換をせず劣化すると、減圧不良や蒸留部温度異常などで、廃液処理効率の低下や再生水への廃液混入など、不具合発生リスクが高まります。

安定してお使いいただく為に引き続き保守契約の更新をお願い致します。